

# STY10.1 มีการกำหนดหรือบ่งชี้บริเวณพื้นที่ที่มีรังสี มีเครื่องหมาย ป้ายเตือนอันตรายจากรังสี สัญญาณเตือนที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือมาตรฐาน ติดแสดงให้เห็นโดยชัดเจน

**0 คะแนน :** ไม่มีการกำหนดหรือบ่งชี้บริเวณพื้นที่ที่มีรังสี และไม่มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน

**0.5 คะแนน :** มีการกำหนดหรือบ่งชี้บริเวณพื้นที่ที่มีรังสี มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัยแสดงตามแบบมาตรฐานให้เห็นโดยชัดเจน แต่ไม่ได้ระบุระดับรังสี

**1 คะแนน :** มีการกำหนดหรือบ่งชี้บริเวณพื้นที่ที่มีรังสี มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัยแสดงตามแบบมาตรฐานเห็นโดยชัดเจน พร้อมระบุระดับรังสีติดไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัด



ภาพรวมหน้าห้องรังสี : มีป้ายเตือนไฟสัญญาณ และคำเตือนสำหรับสตรีมีครรภ์ติดตั้งชัดเจน



รายละเอียดป้ายมาตรฐาน: มีการระบุระดับรังสีที่ตรวจวัดได้จริง (0.19  $\mu\text{Sv/h}$ ) ครบถ้วนตามเกณฑ์ 1 คะแนน

# 1 คะแนน

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (มีการระบุระดับรังสีชัดเจน)