

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ถุงมือปราศจากเชื้อสำหรับการผ่าตัด ชนิดไม่มีแป้ง (Sterile Surgical Gloves Powder Free) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ความต้องการ

ถุงมือปราศจากเชื้อสำหรับการผ่าตัด ชนิดไม่มีแป้ง

ขนาด เบอร์ ๖.๐	จำนวน	๑๕๐	กล่อง
ขนาด เบอร์ ๖.๕	จำนวน	๓๐๐	กล่อง
ขนาด เบอร์ ๗.๐	จำนวน	๓๔๕	กล่อง
ขนาด เบอร์ ๗.๕	จำนวน	๑๕๐	กล่อง
ขนาด เบอร์ ๘.๐	จำนวน	๒๐	กล่อง

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับงานศัลยกรรม และหัตถการปลอดเชื้อ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ (Natural Rubber latex)

๔.๒ขนาดของถุงมือ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งาน สวมใส่ได้กระชับมือไม่บีบรัด
นิ้วมือ

๔.๓ความยาวของถุงมือสามารถสวมลงได้ถึงง่ามนิ้วมือ และความยาวของถุงมือจากข้อมือที่ม้วนขอบถึง
สุดปลายของนิ้วกลางความยาวไม่ต่ำกว่า ๒๘๐ มิลลิเมตร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

น.ส.จิตติมา เอกวิโรจนสกุล	ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ		ประธานกรรมการฯ
นางเพชร จริญญาตรี	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		กรรมการฯ
น.ส.ธนาดี ภูพวง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		กรรมการฯ

- ๔.๔ เนื้อยางต้องเรียบปราศจากรอยตำหนิ อันเป็นผลเสียต่อการใช้งาน มีความยืดหยุ่นดี
- ๔.๕ ขอบถุงมือเป็นแบบม้วนขอบ สวมใส่กระชับข้อมือและเสื่อกาวนผ่าตัด ไม่ม้วนลงขณะผ่าตัด
- ๔.๖ ถุงมือแต่ละข้างใส่เครื่องหมาย ระบุ ขนาด และระบุว่าเป็น L หรือ ข้างขวาเป็น R ให้เห็นชัดเจนตามมาตรฐานสากล
- ๔.๗ ถุงมือบรรจุในซอง ๒ ชั้น ซองละ ๑ คู่ แยกเป็นถุงมือข้างซ้าย และข้างขวา เพื่อสะดวกในการสวมใส่ ลักษณะนิ้วของถุงมืออยู่ในท่าเหยียดนิ้ว
- ๔.๘ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ ตามมาตรฐานทางการแพทย์ มีเครื่องหมายแสดงที่ซองว่า ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
- ๔.๙ กล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่สะอาด ห่อหุ้มมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปื้อน และป้องกันความเสียหาย ระบุชื่อการค้า หรือเครื่องหมายการค้า ขนาดของถุงมือ วัสดุที่ใช้ Lot No วันเดือนปีที่ผลิต และหมดอายุ บนกล่องและซองชัดเจน
- ๔.๑๐ ถุงมือผ่านการขึ้นทะเบียนและรับการอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข
- ๔.๑๑ มีเอกสารแสดงใบรับรองการทดสอบด้านความปลอดภัย ดังนี้
- ๔.๑๑.๑ ผ่านการตรวจสอบรูรั่ว AQL น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๖๕
- ๔.๑๑.๒ ผ่านการทดสอบทางชีวภาพ ได้แก่ การระคายเคืองต่อผิวหนังและความเป็นพิษต่อชั้นผิวหนังตามมาตรฐาน ISO๑๐๙๙๓-๑๐:๒๐๑๐ หรือ UPS ,ปริมาณโปรตีนที่สกัดได้จากถุงมือยางตามมาตรฐาน ISO ๑๒๒๔๓:๒๐๐๓ หรือ FDA หรือ ASTM D๕๗๑๒-๑๐ หรือ EN๔๕๕-๓ ปริมาณโปรตีนในถุงมือยางธรรมชาติไม่เกิน ๒๐๐ ไมโครกรัม
- ๔.๑๒ ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือ มอก. ๕๓๘-๒๕๔๘ หรือ ISO๑๐๒๘๒:๒๐๐๒ หรือ ASTM D๓๕๗๗ หรือดีกว่า
- ๔.๑๓ โรงงานที่ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานเรื่องระบบการจัดการคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ถุงมือมีขนาดเบอร์ ๕.๕, ๖, ๖.๕, ๗, ๗.๕ และ ๘
- ๕.๒ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ใช้ คะแนนอย่างน้อย ๗๕ % หรือ ระดับพอใช้เป็นอย่างน้อย
- ๕.๓ บรรจุกล่องละ ๕๐ คู่
- ๕.๔ มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันที่ส่งของ
- ๕.๕ กำหนดส่งมอบของภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อจากโรงพยาบาล

ราคากล่องละ ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

น.ส.จิตติมา เอกวิโรจนสกุล	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ		ประธานกรรมการฯ
นางเพชรรา เจริญศรี	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		กรรมการฯ
น.ส.ธนาวดี ภูพวง	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		กรรมการฯ