



รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องชั่งน้ำหนัก สำหรับชั่งผู้ป่วยพร้อมรถเข็นชนิดไฟฟ้า แบบแสดงตัวเลข
แบบอัตโนมัติและคำนวณค่า BMI

๑. สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด ๓๐๐ กิโลกรัม ค่าความละเอียดอยู่ที่ ๑๐๐ g หรือดีกว่า
๒. แสดงผลด้วยระบบตัวเลขสีดำ (LCD) ขนาดตัวเลขไม่น้อยกว่า ๒๕ mm. พร้อมไฟ Backlight
๓. จอแสดงผลติดตั้งบนเสากลม สูงประมาณ ๘๐ cm.
๔. สามารถคงค่าผลการชั่งได้ (Hold) และมีปุ่ม Recall อ่านค่าน้ำหนักย้อนหลังได้
๕. สามารถชั่งต่อเนื่องได้ ไม่ต้องกดปุ่ม Start หรือ On
๖. มีฟังก์ชัน TARE เพื่อหักน้ำหนักรถเข็น
๗. สามารถคำนวณค่าดัชนีมวลกายได้ (Body Mass Index)
๘. แท่นชั่งทำด้วยเหล็กพ่นสีอย่างดี ขนาดพื้นที่ชั่งไม่น้อยกว่า (W) ๗๖ x (D) ๘๐ x (H) ๕ cm. พร้อมทางขึ้นลงในตัว และมีทางลาดเสริมทั้ง ๒ ด้าน เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่การเข็นรถขึ้น - ลง (ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ cm.) พร้อมราวจับสำหรับคนไข้จับเพื่อทรงตัวยืน
๙. พลังงานไฟฟ้า : AC ๒๒๐V / พร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวเครื่อง (Rechargeable battery) ใช้งานได้ประมาณ ๖๐ ชม.



๑๐. เครื่องชั่งผลิตตามมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เครื่องที่ส่งมอบเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
๒. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
๓. มีหนังสือแสดงการรับรองความปลอดภัยของเครื่องตามมาตรฐานสากล
๔. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและมีเอกสารแสดงในวันเสนอราคา
๕. ผู้ขายต้องได้รับการอนุญาตการนำเข้าครุภัณฑ์ที่เสนอขายถูกต้องตามกฎหมายและมีเอกสารในวันเสนอราคา
๖. มีคู่มือการซ่อมบำรุงและวงจรของเครื่องจากผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด ในวันส่งมอบ
๗. มีช่างชำนาญงานมาติดตั้ง ทดลอง สาธิต และอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
๘. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่ามีอะไหล่สนับสนุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คำสั่งที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖		
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ
นายพิสุทธิ ภูพวง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
นางสุภาภรณ์ พจนจิราภรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
นางสาวฐานิยา เจียภักดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

๙. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าครบ
๑๐. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรอง (Certification) ผลของการสอบเทียบค่าต่างๆของเครื่องจากหน่วยงานที่เชื่อถือ ได้ในทุก Function ของการใช้งานในวันส่งมอบเครื่อง
๑๑. ผู้ขายต้องประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป หากในระยะประกันเกิดความขัดข้องด้วยประการใดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้ได้ดีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากยังใช้งานไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และในกรณีนำเครื่องกลับไปซ่อมต้องมีเครื่องสำรองให้ใช้ทดแทน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คำสั่งที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖			
ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือ
นายพิสุทธิ ภูพวง		นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
นางสุภาภรณ์ พจนจิราภรณ์		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
นางสาวฐานิยา เจียภักดี		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	