

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถเข็นนอน

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี


๑.ความต้องการ รถเข็นนอน

๒. ลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑.เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน
- ๒.๒. เปลนอนมีขนาดกว้าง ๕๖ ซม. ยาว ๑๘๐ ซม. ทำด้วยสแตนเลส
- ๒.๓. พื้นเตียงแบ่งเป็น ๒ ตอน สามารถยกปรับพื้นได้ ปรับระดับได้ ๔ ระดับ
- ๒.๔. ใส่ล้อขนาด ๒๔" และ ๖" มีห้ามล้อ ๒ ล้อ
- ๒.๕. มีเสาน้ำเกลือทำด้วยสแตนเลส สามารถเก็บพับได้ ติดตั้งข้างรถเข็น
- ๒.๖. มีถาดวางของด้านใต้รถเข็นทำด้วยสแตนเลส
- ๒.๗. มีที่วางท่อออกซิเจน พร้อมตัวล็อคท่อออกซิเจน ติดตั้งไว้ใต้รถเข็น ทำด้วยสแตนเลส
- ๒.๘. มีราวกันป้องกันผู้ป่วยตกเป็นราวกันแบบสไลด์ขึ้น-ลง ทำด้วยสแตนเลส
- ๒.๙. มีที่นอนฟองน้ำอัดหุ้มด้วยผ้าหนังเทียม ขนาดเหมาะกับพื้นรถเข็นนอน
- ๒.๑๐. ทำด้วยสแตนเลส เกรด ๓๐๔

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เครื่องที่ส่งมอบเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
๒. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
๓. มีหนังสือแสดงการรับรองความปลอดภัยของเครื่องตามมาตรฐานสากล
๔. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและมีเอกสารแสดงในวันเสนอราคา
๕. ผู้ขายต้องได้รับการอนุญาตการนำเข้าครุภัณฑ์ที่เสนอขายถูกต้องตามกฎหมายและมีเอกสารในวันเสนอราคา

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คำสั่งที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖			
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ	
นางสาวอรฉัตร ศิลาณวัฒน์	นายแพทย์ชำนาญการ		
นางสาวเนาวรัตน์ คำทุมไสย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ		
นายเถลิงศักดิ์ ภูบุญ	นายช่างเทคนิค		

๖. มีคู่มือการซ่อมบำรุงและวงจรของเครื่องจากผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด ในวันส่งมอบ
๗. มีช่างชำนาญงานมาติดตั้ง ทดลอง สาธิต และอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
๘. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงานช่างในการซ่อมและบำรุงรักษาจากผู้ผลิต
๙. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่ามีอะไหล่สับเปลี่ยนเป็นเวลานานน้อยกว่า ๕ ปี
๑๐. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าครบ
๑๑. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรอง (Certification) ผลของการสอบเทียบค่าต่างๆของเครื่องจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในทุก Function ของการใช้งานในวันส่งมอบเครื่อง
๑๒. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป หากในระยะเวลาประกันเกิดความขัดข้องด้วยประการใดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้ได้ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากยังใช้งานไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และในกรณีนำเครื่องกลับไปซ่อม ต้องมีเครื่องสำรองให้ใช้ทดแทน
๑๓. ผู้ขายต้องจัดอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาทั้ง Prevent Maintenance, Corrective Maintenance, Trouble Shooting ให้กับเจ้าหน้าที่และช่างของโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถใช้งานและบำรุงรักษาได้เป็นอย่างดี
๑๔. ในระยะประกัน มีการตรวจเช็คเครื่องเพื่อบำรุงรักษา พร้อมสอบเทียบเครื่องอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
๑๕. ผู้ขายต้องทำเครื่องหมายคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องที่เสนอขายให้ชัดเจนครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คำสั่งที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖			
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ	
นางสาวอรฉัตร ศิลาพันธุ์	นายแพทย์ชำนาญการ		
นางสาวเนาวรัตน์ คำทุมไสย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ		
นายเถลิงศักดิ์ ภูบุญ	นายช่างเทคนิค	