

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก พร้อมวัดความสูง ระบบดิจิตอล
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ความต้องการ



เครื่องชั่งน้ำหนักทารก พร้อมวัดความสูง ระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง

๒. คุณสมบัติเฉพาะ



๑. พิกัดน้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม
๒. ตัวเลข LCD อ่านง่าย เห็นชัดเจน
๓. ถาดชั่งน้ำหนักเด็กนอนขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕๕ x ๒๖๐ x ๗๕ มิลลิเมตร
๔. สามารถหักค่าน้ำหนักภาษาชนะ (น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กรัม)
๕. สามารถลือกค่าน้ำหนักเด็ก โดยอัตโนมัติ
๖. มีเครื่องหมายเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน “Low”
๗. เครื่องปิดอัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งานเครื่องมากกว่าหรือเท่ากับ ๕ นาที
๘. มีฟังก์ชันเรียกค่าน้ำหนักย้อนหลัง ครั้งสุดท้าย

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เครื่องที่ส่งมอบเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
๒. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
๓. มีหนังสือแสดงการรับรองความปลอดภัยของเครื่องตามมาตรฐานสากล
๔. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและมีเอกสารแสดงในวันเสนอราคา
๕. ผู้ขายต้องได้รับการอนุญาตการนำเข้าครุภัณฑ์ที่เสนอขายถูกต้องตามกฎหมายและมีเอกสารในวันเสนอราคา
๖. มีคู่มือการซ่อมบำรุงและวงจรของเครื่องจากผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด ในวันส่งมอบ
๗. มีช่างชำนาญงานมาติดตั้ง ทดลอง สาธิต และอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
๘. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงานช่างในการซ่อมและบำรุงรักษาจากผู้ผลิต
๙. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่ามีอะไหล่สนับสนุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คำสั่งที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖			
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง		ลายมือ
นางอนุกุล ภูพวง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ		
นางนัชกร ลับบัวงาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ		
นายเฉลิมศักดิ์ ภูบุญ	นายช่างเทคนิค		เดวิด เดวิด

๑๐. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าครบ
๑๑. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรอง (Certification) ผลของการสอบเทียบค่าต่างๆของเครื่องจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในทุก Function ของการใช้งานในวันส่งมอบเครื่อง
๑๒. ผู้ขายต้องประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป หากในระยะเวลาประกันเกิดความขัดข้องด้วยประการใดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้ได้ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากยังใช้งานไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และในการนำเครื่องกลับไปซ่อม ต้องมีเครื่องสำรองให้ใช้ทดแทน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คำสั่งที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖		
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ
นางอนุกุล ภูพวง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
นางนัชกร ลับบัวงาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
นายเถลิงศักดิ์ ภูบุญ	นายช่างเทคนิค	