

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตียงตรวจภายใน

๑. ความต้องการ เตียงตรวจ คุณสมบัติตามที่กำหนด


๒. วัตถุประสงค์ ใช้การตรวจทางนรีเวช

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ เป็นเตียงตรวจทำด้วยโลหะมีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้
- ๓.๒ ส่วนประกอบของตัวเตียงไม่น้อยกว่า ๔ องค์ประกอบ
- ๓.๓ พื้นเตียงหุ้มด้วยวัสดุที่สามารถทำความสะอาดได้
- ๓.๔ สามารถปรับการใช้งานของพื้นแผ่นหลังได้ ปรับแผ่นรองขาได้ ปรับขาหยั่งได้


๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ ฐานเตียงตรวจเป็นแบบสี่ขาทำด้วยโลหะพร้อมบันไดสำหรับขึ้นเตียง
- ๔.๒ ขนาดของตัวเตียงในท่านอนราบมีขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๘ เซนติเมตร
- ๔.๓ ตัวเตียงประกอบไปด้วย
 - ๔.๓.๑ พื้นเตียง ๓ ส่วน
 - ๔.๓.๑.๑ ส่วนรองรับแผ่นหลังสามารถปรับขึ้นได้ไม่น้อยกว่าระดับและไม่เกินกว่า ๘๐ องศา และสามารถปรับลงต่ำได้ไม่เกินกว่า ๑๕ องศา
 - ๔.๓.๑.๒ ส่วนรองรับสะโพกมีขนาดความกว้างไม่เกินกว่า ๕๐ เซนติเมตร และมีราวจับกันตกด้านข้างเตียง
 - ๔.๓.๑.๓ ส่วนรองรับแผ่นขา มีขนาดความกว้างไม่เกินกว่า ๕๐ เซนติเมตร สามารถปรับลงได้ ๙๐ องศาเพื่อใช้งาน Lithotomy
 - ๔.๓.๑.๔ ส่วนขาหยั่งสามารถปรับระดับและปรับองศาการใช้งานได้และมีตัวล็อก
 - ๔.๓.๑.๕ มีพื้นบันไดสำหรับให้ผู้ป่วยขึ้นเตียงตรวจได้สะดวกด้านหน้าตัวเตียง
 - ๔.๓.๑.๖ ความสูงของเตียงจากระดับพื้นไม่เกินกว่า ๘๐ เซนติเมตร
 - ๔.๓.๑.๗ พื้นเบาะหุ้มด้วยวัสดุสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คำสั่งที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖		
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ
นางสาวลลิตา อีระโรจนพงษ์	นายแพทย์ชำนาญการ	
นางพรจันทร์ จันทน์สนธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นายเถลิงศักดิ์ ภูบุญ	นายช่างเทคนิค	

๕. เงื่อนไขพะ

- ๕.๑ เครื่องที่ส่งมอบเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
- ๕.๒ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
- ๕.๓ มีหนังสือแสดงการรับรองความปลอดภัยของเครื่องตามมาตรฐานสากล
- ๕.๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและมีเอกสารแสดงในวันเสนอราคา
- ๕.๕ ผู้ขายต้องได้รับการอนุญาตการนำเข้าครุภัณฑ์ที่เสนอขายถูกต้องตามกฎหมายและมีเอกสารในวันเสนอราคา
- ๕.๖ มีคู่มือการซ่อมบำรุงและวงจรของเครื่องจากผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด ในวันส่งมอบ
- ๕.๗ มีช่างชำนาญงานมาติดตั้ง ทดลอง สาธิต และอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
- ๕.๘ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงานช่างในการซ่อมและบำรุงรักษาจากผู้ผลิต
- ๕.๙ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่ามีอะไหล่สนับสนุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๑๐ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าครบ
- ๕.๑๑ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรอง (Certification) ผลของการสอบเทียบค่าต่างๆของเครื่องจากหน่วยงานที่เชื่อถือ ได้ในทุก Function ของการใช้งานในวันส่งมอบเครื่อง
- ๕.๑๒ ผู้ขายต้องประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป หากในระยะประกันเกิดความขัดข้องด้วยประการใดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้ได้ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากยังใช้งานไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และในกรณีนำเครื่องกลับไปซ่อม ต้องมีเครื่องสำรองให้ใช้ทดแทน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คำสั่งที่ ๒๓๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖		
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ
นางสาวลลิตา ธีระโรจนพงษ์	นายแพทย์ชำนาญการ	
นางพรจันทร์ จันทรสนธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นายเฉลิมศักดิ์ ภูบุญ	นายช่างเทคนิค	