


คุณลักษณะเฉพาะ
เตียงเฟิร์ลเลอร์ 3 โก พื้นเหล็ก 3 Function ชนิดมือหมุน

คุณสมบัติกลางของเตียง

๑. เป็นเตียงผู้ป่วยชนิด ๓ โก สามารถปรับระดับสูง - ต่ำ ของตัวเตียงได้
๒. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสี กันสนิม ที่มีความแข็งแรง
๓. พื้นเตียงทำด้วยแผ่นเหล็ก พร้อมระบายความชื้น ๕๒ รู แบ่งเป็น ๔ ตอน
๔. พนักหัว - ห้ายเตียงทำด้วยไม้บุโฟมกำขาว ๒ ด้าน
๕. พนักหัว - ห้าย สามารถถอดได้
๖. มีมือหมุนยกเตียงได้ ๓ ชุด
 - มือหมุนปรับระดับสูง - ต่ำ ของพื้นเตียง
 - มือหมุนยกพื้นด้านหลังคนไข้ให้สูงขึ้นจากแนวราบ
 - มือหมุนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะงอเข้าได้
๗. มีล้อยางชนิดลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อมีล้อล็อกแต่ละล้อ ๑ คู่
๘. ขนาดเตียงกว้าง ๙๐*๒๐๐*๖๐ ซม. สามารถปรับสูงได้ ๕๐ - ๗๐ ซม.
๙. อุปกรณ์ประกอบ
 - ราวกันเตียงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม เลื่อนขึ้น - ลงได้ จำนวน ๑ คู่
 - ที่นอน ๔ ตอน หนา ๗ ซม. จำนวน ๑ ชุด พื้นเหล็ก ๓ Function

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เครื่องที่ส่งมอบเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
๒. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
๓. มีหนังสือแสดงการรับรองความปลอดภัยของเครื่องตามมาตรฐานสากล
๔. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและมีเอกสารแสดงในวันเสนอราคา
๕. ผู้ขายต้องได้รับการอนุญาตการนำเข้าครุภัณฑ์ที่เสนอขายถูกต้องตามกฎหมายและมีเอกสารในวันเสนอราคา

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คำสั่งที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖		
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ
นางสาวอุษา ปันบุญมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
นางอุษา พงษ์เลาหพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๙-๒
นายเฉลิมศักดิ์ ภูบุญ	นายช่างเทคนิค	เจตน์ศักดิ์

๖. มีคู่มือการซ่อมบำรุงและวงจรของเครื่องจากผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด ในวันส่งมอบ
๗. มีช่างชำนาญงานมาติดตั้ง ทดลอง สาธิต และอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
๘. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงานช่างในการซ่อมและบำรุงรักษาจากผู้ผลิต
๙. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่ามีอะไหล่สนับสนุนเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑๐. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าครบ
๑๑. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรอง (Certification) ผลของการสอบเทียบค่าต่างๆของเครื่องจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในทุก Function ของการใช้งานในวันส่งมอบเครื่อง
๑๒. ผู้ขายต้องประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป หากในระยะเวลาประกันเกิดความขัดข้องด้วยประการใดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้ได้ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากยังใช้งานไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และในกรณีนำเครื่องกลับไปซ่อม ต้องมีเครื่องสำรองให้ใช้ทดแทน
๑๓. ผู้ขายต้องจัดอบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาทั้ง Prevent Maintenance, Corrective Maintenance, Trouble Shooting ให้กับเจ้าหน้าที่และช่างของโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถใช้งานและบำรุงรักษาได้เป็นอย่างดี
๑๔. ในระยะประกัน มีการตรวจเช็คเครื่องเพื่อบำรุงรักษา พร้อมสอบเทียบเครื่องอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
๑๕. ผู้ขายต้องทำเครื่องหมายคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องที่เสนอขายให้ชัดเจนครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คำสั่งที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖		
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ
นางสาวอุษา ปันบุญมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
นางอุษา พงษ์เลาหพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นายเถลิงศักดิ์ ภูบุญ	นายช่างเทคนิค	