





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โคมไฟตรวจภายใน

๑. ความต้องการ โคมไฟส่องตรวจแบบเคลื่อนที่ได้ คุณสมบัติตามที่กำหนด
๒. วัตถุประสงค์ ใช้การตรวจโรคทางนรีเวช
๓. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๓.๑ โคมไฟให้ความสว่างชนิดหลอด LED สามารถใช้งานแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ โคม
 - ๓.๒ ใช้ได้กับไฟฟ้า ๒๒ โวลท์ ๕๐-๖๐ เฮิร์ตซ์
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ เป็นโคมไฟใช้สำหรับส่องตรวจนรีเวชให้ความสว่างด้วยหลอดชนิด LED ให้ความสว่างไม่ต่ำกว่า ๓ วัตต์
 - ๔.๒ ให้ความสว่างในการในการมองเห็นไม่ต่ำกว่า ๓๐๐๐๐ ลักซ์ระยะที่ ๐.๕ เมตร
 - ๔.๓ ให้ความสว่างในการในการมองเห็นไม่ต่ำกว่า ๕๐๐๐ ลักซ์ระยะที่ ๑ เมตร
 - ๔.๔ อุณหภูมิของสีที่มองเห็นไม่ต่ำกว่า ๔๘๐๐K
 - ๔.๕ สามารถควบคุมการปิด-เปิดโคมไฟได้ที่หัวโคมไฟหรือที่ตำแหน่งควบคุมที่เครื่อง
 - ๔.๖ ติดตั้งอยู่บนขาตั้งแบบล้อเลื่อนหัวแฉกสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกและสามารถปรับระดับความสูง - ต่ำของโคมไฟได้
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ เครื่องที่ส่งมอบเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
 - ๕.๒ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
 - ๕.๓ มีหนังสือแสดงการรับรองความปลอดภัยของเครื่องตามมาตรฐานสากล
 - ๕.๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและมีเอกสารแสดงในวันเสนอราคา
 - ๕.๕ ผู้ขายต้องได้รับการอนุญาตการนำเข้าครุภัณฑ์ที่เสนอขายถูกต้องตามกฎหมายและมีเอกสารในวันเสนอราคา
 - ๕.๖ มีคู่มือการซ่อมบำรุงและวงจรของเครื่องจากผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด ในวันส่งมอบ
 - ๕.๗ มีช่างชำนาญงานมาติดตั้ง ทดลอง สาธิต และอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้งาน สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คำสั่งที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖		
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ
นางสาวลลิตา ธีระโรจนพงษ์	นายแพทย์ชำนาญการ	
นางพรจันทร์ จันทร์สนธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นายเกลี้ยงศักดิ์ ภูบุญ	นายช่างเทคนิค	

- ๕.๘ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงานช่างในการซ่อมและบำรุงรักษาจากผู้ผลิต
- ๕.๙ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่ามีอะไหล่สับเปลี่ยนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๑๐ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าครบ
- ๕.๑๑ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรอง (Certification) ผลของการสอบเทียบค่าต่างๆของเครื่องจากหน่วยงานที่เชื่อถือ ได้ในทุก Function ของการใช้งานในวันส่งมอบเครื่อง
- ๕.๑๒ ผู้ขายต้องประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป หากในระยะประกันเกิดความขัดข้องด้วยประการใดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากยังใช้งานไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และในกรณีนำเครื่องกลับไปซ่อม ต้องมีเครื่องสำรองให้ใช้ทดแทน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คำสั่งที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖		
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ
นางสาวลลิตา ธีระโรจนพงษ์	นายแพทย์ชำนาญการ	
นางพรจันทร์ จันทร์สนธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นายเถลิงศักดิ์ ภูบุญ	นายช่างเทคนิค	