

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เวชภัณฑ์ที่มีใยชา ประเภท วัสดุการแพทย์
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง (Sterile Gloves Powder Free)
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ๑ **ความต้องการ** ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง (Sterile Gloves Powder Free)
จำนวน ๒,๖๐๐ กล่อง ดังนี้
ขนาด เบอร์ S จำนวน ๑,๕๐๐ กล่อง
ขนาด เบอร์ M จำนวน ๑,๑๐๐ กล่อง
- ๒ **วัตถุประสงค์** ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัย และหัตถการปลอดเชื้อ แบบใช้ครั้งเดียว
- ๓ **คุณสมบัติทั่วไป** เป็นถุงมือทำจากยางธรรมชาติ
๔. **คุณสมบัติเฉพาะ**
 - ๔.๑ ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ (Natural Rubber latex)
 - ๔.๒ ขนาดของถุงมือ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งาน สวมใส่ได้กระชับมือไม่บีบรัดนิ้วมือ
 - ๔.๓ เนื้อยางต้องเรียบปราศจากรอยตำหนิ อันเป็นผลเสียต่อการใช้งาน มีความยืดหยุ่นดี ส่วนของผิวหนังนอกมีความสาก สามารถหยิบจับอวัยวะหรือเครื่องมือที่เปียกได้ ไม่ลื่นหลุดง่าย
 - ๔.๔ ขอบถุงมือเป็นแบบม้วนขอบ
 - ๔.๕ ถุงมือบรรจุในซอง ๒ ชั้น ซองละ ๑ คู่ แยกเป็นถุงมือข้างซ้าย และข้างขวา เพื่อสะดวกในการสวมใส่
 - ๔.๖ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ ตามมาตรฐานทางการแพทย์ มีเครื่องหมายแสดงที่ซองว่า ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
 - ๔.๗ กล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่สะอาด ห่อหุ้มมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปื้อน และป้องกันความเสียหายระบุข้อการชำรุด หรือเครื่องหมายการค้า ขนาดของถุงมือ วัสดุที่ใช้ Lot No วันเดือนปีที่ผลิต และหมดอายุ บนกล่องและซองชัดเจน
 - ๔.๘ ถุงมือผ่านการขึ้นทะเบียนและรับการอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข
 - ๔.๙ มีเอกสารแสดงใบรับรองผ่านการตรวจสอบรู้ตัว AQL น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒.๕
 - ๔.๑๐ ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือ มอก. ๑๐๕๖-๒๕๕๘ หรือ ISO๑๑๑๙๓-๑:๒๐๐๘ หรือ ASTM D๓๕๗๘ หรือดีกว่า
 - ๔.๙ โรงงานที่ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานเรื่องระบบการจัดการคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕
๕. **เงื่อนไขเพิ่มเติม**
 - ๕.๑ บรรจุในกล่อง
 - ๕.๒ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ใช้ คะแนนอย่างน้อย ๗๕ % หรือ ระดับดีเป็นอย่างน้อย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ คำท่มไสย) (นางเพชรรา เจริญศรี) (นางสาวธนาภา ภู่วง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๓ ผู้ขายต้องยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่สินค้ามีความชำรุดเสียหาย เสื่อมคุณภาพ

๕.๔ มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๒ ปีนับจากวันที่ส่งของ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวเนาวรัตน์ คำท่มไสย) (นางเพชรรา เจริญศรี) (นางสาวธนาภา ภู่วง)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ **ซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัย**
ปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง (Sterile Gloves Powder Free) จำนวน
๒,๖๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ **โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี**
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๙๑๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)**
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **22 ต.ค. 2566**
เป็นเงิน ๘๓๒,๐๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ราคา/กล่อง ดังนี้ ๑. ขนาด เบอร์ S จำนวน ๑,๕๐๐ กล่อง ราคากล่องละ ๓๒๐ บาท
๒. ขนาด เบอร์ M จำนวน ๑,๑๐๐ กล่อง ราคากล่องละ ๓๒๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. บริษัท อินเทอร์เน็ตฟาร์มาแคร์ จำกัด
 ๒. บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด
 ๓. บริษัท พีซีจีเอช อินโนเวชั่น จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นางสาวเนาวรัตน์ คำทุมไสย ประธานกรรมการ
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๒ นางเพชร จรรย์ศรี กรรมการ
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ๖.๓ นางสาวธนาดี ภูพวง กรรมการ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ