

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เวชภัณฑ์ที่มีใยยา ประเภท วัสดุการแพทย์
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง (Sterile Gloves Powder Free)
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ๑ **ความต้องการ** ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง (Sterile Gloves Powder Free)
จำนวน ๒,๖๐๐ กล่อง ดังนี้
ขนาด เบอร์ S จำนวน ๑,๕๐๐ กล่อง
ขนาด เบอร์ M จำนวน ๑,๑๐๐ กล่อง
- ๒ **วัตถุประสงค์** ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัย และหัตถการปลอดเชื้อ แบบใช้ครั้งเดียว
- ๓ **คุณสมบัติทั่วไป** เป็นถุงมือทำจากยางธรรมชาติ
๔. **คุณสมบัติเฉพาะ**
 - ๔.๑ ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ (Natural Rubber latex)
 - ๔.๒ ขนาดของถุงมือ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งาน สวมใส่ได้กระชับมือไม่บีบรัดนิ้วมือ
 - ๔.๓ เนื้อยางต้องเรียบปราศจากรอยตำหนิ อันเป็นผลเสียต่อการใช้งาน มีความยืดหยุ่นดี ส่วนของผิวด้านนอกมีความสาก สามารถหยิบจับอวัยวะหรือเครื่องมือที่เปียกได้ ไม่ลื่นหลุดง่าย
 - ๔.๔ ขอบถุงมือเป็นแบบม้วนขอบ
 - ๔.๕ ถุงมือบรรจุในซอง ๒ ชั้น ซองละ ๑ คู่ แยกเป็นถุงมือข้างซ้าย และข้างขวา เพื่อสะดวกในการสวมใส่
 - ๔.๖ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ ตามมาตรฐานทางการแพทย์ มีเครื่องหมายแสดงที่ซองว่า ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
 - ๔.๗ กล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่สะอาด ห่อหุ้มมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปื้อน และป้องกันความเสียหายระบุชื่อการค้า หรือเครื่องหมายการค้า ขนาดของถุงมือ วัสดุที่ใช้ Lot No วันเดือนปีที่ผลิต และหมดอายุ บนกล่องและซองชัดเจน
 - ๔.๘ ถุงมือผ่านการขึ้นทะเบียนและรับการอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข
 - ๔.๙ มีเอกสารแสดงใบรับรองผ่านการตรวจสอบรู้อยู่ AQL น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒.๕
 - ๔.๑๐ ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือ มอก. ๑๐๕๖-๒๕๔๘ หรือ ISO๑๑๑๙๓-๑:๒๐๐๘ หรือ ASTM D๓๕๗๘ หรือดีกว่า
 - ๔.๙ โรงงานที่ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานเรื่องระบบการจัดการคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕
๕. **เงื่อนไขเพิ่มเติม**
 - ๕.๑ บรรจุในกล่อง
 - ๕.๒ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ใช้ คะแนนอย่างน้อย ๗๕ % หรือ ระดับดีเป็นอย่างน้อย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ คำท่มไสย) (นางเพชรรา เจริญศรี) (นางสาวธนาภา ภูพวง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๓ ผู้ขายต้องยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่สินค้ามีความชำรุดเสียหาย เสื่อมคุณภาพ

๕.๔ มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๒ ปีนับจากวันที่ส่งของ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ พิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ	ลงชื่อ..... กรรมการ	ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ คำท่มไสย)	(นางเพชรา เจริญศรี)	(นางสาวธนาวดี ภูพวง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ