

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค แบบมีแบ่ง จำนวน ๔ รายการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ความต้องการ : ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค แบบมีแบ่ง จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน
๑.	ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค แบบมีแบ่ง (เบอร์ XS)	๑๕๐,๐๐๐ คู่ (๓,๐๐๐ กล่อง)
๒.	ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค แบบมีแบ่ง (เบอร์ S)	๒๔๐,๐๐๐ คู่ (๔,๘๐๐ กล่อง)
๓.	ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค แบบมีแบ่ง (เบอร์ M)	๓๖,๐๐๐ คู่ (๗๒๐ กล่อง)
๔.	ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค แบบมีแบ่ง (เบอร์ L)	๓๐,๐๐๐ คู่ (๖๐๐ กล่อง)
รวม		๔๕๖,๐๐๐ คู่ (๙,๑๒๐ กล่อง)

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยหรือรักษาในทางการแพทย์สำหรับการจับหรือสัมผัสกับผู้ป่วยหรือวัสดุทางการแพทย์ที่อาจปนเปื้อน

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑ ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ สำหรับตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แบบมีแบ่ง

๓.๒ ถุงมือสวมใส่ได้กระชับมือ สบายมือไม่บีบรัดเกินไป เนื้อยางยืดหยุ่นไปตามลักษณะมือที่ขยับและสามารถสวมถุงมือลงถึงง่ามนิ้วมือได้พอดี

๓.๓ ปลายขอบถุงมือเป็นแบบม้วนขอบ

๓.๔ ถุงมือทุกคู่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปราศจากรอยตำหนิต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน

๓.๕ กล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่สะอาด มิดชิด ป้องกันการปนเปื้อน

๓.๖ กล่องบรรจุแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์เป็นภาษาไทย, ชื่อผลิตภัณฑ์, ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานหรือชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้าหรือชื่อผู้จำหน่าย, ประเภทของถุงมือ, ขนาดของถุงมือสามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษ, ข้อความว่า “ใช้ได้ครั้งเดียว”, จำนวนถุงมือที่บรรจุ, วิธีใช้, วัสดุที่ใช้ผลิต, รุ่นที่ผลิต, เดือนปีที่ผลิต และเดือนปีหมดอายุ

๓.๗ ผ่านการตรวจสอบรูรั่ว AQL น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒.๕

๓.๘ ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือ มอก. ๑๐๕๖-๒๕๔๘ หรือ ISO๑๑๑๙๓-๑:๒๐๐๘ หรือ ASTM D๓๕๗๘ หรือดีกว่า

๓.๙ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕

๓.๑๐ ผู้ผลิตในประเทศหรือผู้นำเข้าต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (แบบ บบพ.๑) จากสำนักงานอาหารและยา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวเนาวรัตน์ คำท่มไสย) (นางเพชรรา เจริญศรี) (นางสาวธนาวดี ภู่วง)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติด้านเอกสารแล้วจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุอย่างน้อย ๓๐ คะแนน โดยผลการพิจารณาให้เป็นไปตามผลการตัดสินจากผู้ประเมิน (แบบประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า ๓)
- ๔.๒ อายุการใช้งานอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันส่งของ
- ๔.๓ ขนาดบรรจุกล่องละ ๕๐ คู่ (๑๐๐ ชิ้น ต่อกล่อง)
- ๔.๔ ในกรณีที่พัสดุมีความชำรุดเสียหาย เสื่อมคุณภาพ ผู้ขายต้องยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ พิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ	ลงชื่อ.....กรรมการ	ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ คำท่มไสย)	(นางเพชรรา เจริญศรี)	(นางสาวธนาภา ภูพวง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

แบบประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่.....

กลุ่มงาน/แผน.....โทร.....

รายการ : ฎึงมือยงสำหรับตรวจโรค แบบมีแ่ง จํำนวน ๔ รายการ.....

ผู้เสนอราคา :

ลำดับ	รายการทดสอบ	ดี (๕ คะแนน)	พอใช้ (๓ คะแนน)	ควรปรับปรุง (๑ คะแนน)
๑.	ใส่ได้ง่าย,สะดวก			
๒.	ความยืดหยุ่น			
๓.	ความกระชับกับมือ			
๔.	การสวมใส่ลงถึงง่ามนิ้วมือ			
๕.	การหยิบจับเครื่องมือ			
๖.	การหยิบจับเครื่องมือขณะเปียก			
๗.	ไม่ฉีกขาดง่าย			
	รวม			

ข้อคิดเห็น.....

.....
.....
.....

รวมคะแนนทั้งสิ้น.....คะแนน

ผลการประเมิน (ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย ๓๐ คะแนน) ผู้ประเมิน.....

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

(.....)