

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ I.V. Catheter จำนวน ๓ รายการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ความต้องการ วัสดุการแพทย์ I.V. Catheter จำนวน ๓ รายการ

๑. I.V. Catheter No. ๒๐G X ๑ ๑/๔ นิ้ว	จำนวน ๓๐,๐๐๐ ชิ้น
๒. I.V. Catheter No. ๒๒G X ๑ นิ้ว	จำนวน ๓๒,๐๐๐ ชิ้น
๓. I.V. Catheter No. ๒๔G X ๓/๔ นิ้ว	จำนวน ๓๘,๐๐๐ ชิ้น

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเป็นทางนำสารน้ำผ่านเข้าสู่ร่างกายทางหลอดเลือดดำ
- ๒.๒ ประกอบด้วยส่วนนำที่เป็นท่อเข็ม (Stylet) และท่อนำที่มีลักษณะคล้ายพลาสติก (Catheter)
- ๒.๓ ท่อเข็ม (Stylet) ทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel) มีหน้าปาดเข็มเป็นแบบ Back cut
- ๒.๔ ท่อพลาสติก (Catheter) ทำจากอนุพันธ์ของ Teflon ชื่อ Ethylene Tetra-Fluoroethylene (ETFE) สามารถค้างอยู่ในร่างกายได้โดยไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง
- ๒.๕ หล่อขึ้นด้วย Silicone เหลว ทั้งเข็ม และ Catheter
- ๒.๖ มีสัญลักษณ์ Infinity ที่ด้ามจับแสดงตำแหน่งหน้าปาดเข็ม
- ๒.๗ ขณะที่เข็มแทงเข้าสู่เส้นเลือดดำ เห็นเลือดไหลย้อนออกมาที่ Flushblack Chamber ชัดเจน และไม่มี การปนเปื้อนเนื่องจากมี Filter ชนิดพิเศษปิดกั้นอยู่
- ๒.๘ หัวต่อกับชุดให้สารน้ำ มีขนาด และสีมาตรฐานตามที่ ISO กำหนด
- ๒.๑๐ มีปลอกพลาสติกปิดเพื่อคงความปราศจากเชื้อแม้ว่าจะเปิดบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกออกแล้ว
- ๒.๑๑ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethelene Oxide
- ๒.๑๒ บรรจุในกล่อง กล่องละ ๕๐ ชิ้น ระบุ Lot. ที่ผลิตและวันหมดอายุและระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ พัสดุที่เสนอต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือใช้ในการสาธิตมาก่อน
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพหากพัสดุที่เสนอชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้า ภายใน ๒ ปี ผู้เสนอราคายินยอมเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๓.๓ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๓๔๘๕ และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๑๗๐๓-๒๕๕๑

ลงชื่อ..... (นางสาวอุษา ปันบุญมี) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ลงชื่อ..... (นางอุษา พงษ์เลาพันธ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ลงชื่อ..... (นางสุรีย์พร เยื้องทิพย์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
--	--	---