

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ Disposable Syringe จำนวน ๔ รายการ
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายการที่ ๑. Disposable Syringe ขนาด ๓ ml จำนวน ๒,๔๐๐ กล้อง (๑ กล้อง บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)

คุณลักษณะเฉพาะกระบอกฉีดยา มีส่วนประกอบ ๓ ชิ้นคือ

๑. กระบอกฉีดยา (Barrel)

- ทำจาก Polypropylene (medical grade) ชนิดโปร่งใสสามารถมองเห็นระดับยาในกระบอกฉีดยา และตรวจหาสิ่งแปลกปลอมและฟองอากาศได้ง่าย
- มีขีดบอกปริมาตรชัดเจน ระบุหน่วยเป็นมิลลิลิตร
- ตัวเลขและขีดบอกปริมาตรไม่หลุดลอกและอ่านง่ายชัดเจน
- ที่ปลายกระบอกสูบลมมีขอบ ป้องกันการหลุดของก้านฉีดยา (Plunger)
- ภายในกระบอกฉีดยาพ่นด้วยซิลิโคนตามมาตรฐานเพื่อให้มีความลื่นขณะใช้งาน

๒. ก้านฉีดยา (Plunger) ทำจาก Polypropylene (medical grade) ซึ่งไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด

๓. ลูกสูบ (Gasket)

- ทำจากสารสังเคราะห์พิเศษ Thermoplastic Elastomer (medical Grade)
- เป็น Latex Free Product (ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ) ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

๔. หัวต่อกระบอกฉีดยามีทั้ง Slip Tip (ชนิดสวม) และ Lock Tip (ชนิดเกลียวหมุน) สามารถสวมได้กระชับพอดีกับอุปกรณ์การแพทย์ชนิดอื่นที่ใช้ร่วมกัน

๕. ขนาดของกระบอกฉีดยาบรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๓ ml.

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. กระบอกฉีดยาแต่ละชิ้นบรรจุ ในซองที่สามารถป้องกันความชื้นได้ ลักษณะเป็นซองเดียวกันน้ำ สามารถรักษาสภาพปราศจากเชื้อได้ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ทำให้มีความปลอดภัยต่อการปนเปื้อนในขณะเปิดซองและบรรจุรวมในกล่อง ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต เลขที่ผลิตพร้อมวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์นั้น
๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มอก. และ ISO ที่เกี่ยวข้อง
๓. บรรจุรวมในกล่องซึ่งมีฉลากบอกรายละเอียดเป็นภาษาไทยตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
๔. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยรังสีแกมมา, EO GAS
๕. ผลิตภัณฑ์มีอายุไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับจากวันผลิต
๖. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำบัญชีรายการวัสดุการแพทย์ Disposable Syringe จำนวน ๔ รายการ ซึ่งระบุราคาต่อหน่วย ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวรพีพร ประกอบทรัพย์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรรณษา อุ่นยิ่งเจริญ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนฤมล กุ้งทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ Disposable Syringe จำนวน ๔ รายการ
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายการที่ ๒. Disposable Syringe ขนาด ๕ ml จำนวน ๑,๘๐๐ กล้อง (๑ กล้อง บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)

คุณลักษณะเฉพาะกระบอกฉีดยา มีส่วนประกอบ ๓ ชิ้นคือ

๑. กระบอกฉีดยา (Barrel)

- ทำจาก Polypropylene (medical grade) ชนิดโปร่งใสสามารถมองเห็นระดับยาในกระบอกฉีดยา และตรวจหาสิ่งแปลกปลอมและฟองอากาศได้ง่าย
- มีขีดบอกปริมาตรชัดเจน ระบุหน่วยเป็นมิลลิลิตร
- ตัวเลขและขีดบอกปริมาตรไม่หลุดลอกและอ่านง่ายชัดเจน
- ที่ปลายกระบอกสูบมีขอบ ป้องกันการหลุดของก้านฉีดยา (Plunger)
- ภายในกระบอกฉีดยาพ่นด้วยซิลิโคนตามมาตรฐานเพื่อให้มีความลื่นขณะใช้งาน

๒. ก้านฉีดยา (Plunger) ทำจาก Polypropylene (medical grade) ซึ่งไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด

๓. ลูกสูบ (Gasket)

- ทำจากสารสังเคราะห์พิเศษ Thermoplastic Elastomer (medical Grade)
- เป็น Latex Free Product (ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ) ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

๔. หัวต่อกระบอกฉีดยามีทั้ง Slip Tip (ชนิดสวม) และ Lock Tip (ชนิดเกลียวหมุน) สามารถสวมได้กระชับพอดีกับอุปกรณ์การแพทย์ชนิดอื่นที่ใช้ร่วมกัน

๕. ขนาดของกระบอกฉีดยาบรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๕ ml.

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. กระบอกฉีดยาแต่ละชิ้นบรรจุ ในซองที่สามารถป้องกันความชื้นได้ ลักษณะเป็นซองเดียวกันน้ำ สามารถรักษาสภาพปราศจากเชื้อได้ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ทำให้มีความปลอดภัยต่อการปนเปื้อนในขณะเปิดซองและบรรจุรวมในกล่อง ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต เลขที่ผลิตพร้อมวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์นั้น
๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มอก. และ ISO ที่เกี่ยวข้อง
๓. บรรจุรวมในกล่องซึ่งมีฉลากบอกรายละเอียดเป็นภาษาไทยตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
๔. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยรังสีแกมมา, EO GAS
๕. ผลิตภัณฑ์มีอายุไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับจากวันผลิต
๖. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำบัญชีรายการวัสดุการแพทย์ Disposable Syringe จำนวน ๔ รายการ ซึ่งระบุราคาต่อหน่วย ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ ราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวรวิพร ประกอบทรัพย์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรรณภา อุ่นยิ่งเจริญ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวณฤมล กุ้งทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ Disposable Syringe จำนวน ๔ รายการ
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายการที่ ๓. Disposable Syringe ขนาด ๑๐ ml จำนวน ๒,๒๐๐ กล้อง (๑ กล้อง บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)

คุณลักษณะเฉพาะกระบอกฉีดยา มีส่วนประกอบ ๓ ชิ้นคือ

๑. กระบอกฉีดยา (Barrel)

- ทำจาก Polypropylene (medical grade) ชนิดโปร่งใสสามารถมองเห็นระดับยาในกระบอกฉีดยา และตรวจหาสิ่งแปลกปลอมและฟองอากาศได้ง่าย
- มีขีดบอกปริมาตรชัดเจน ระบุหน่วยเป็นมิลลิลิตร
- ตัวเลขและขีดบอกปริมาตรไม่หลุดลอกและอ่านง่ายชัดเจน
- ที่ปลายกระบอกสูบลมมีขอบ ป้องกันการหลุดของก้านฉีดยา (Plunger)
- ภายในกระบอกฉีดยาพ่นด้วยซิลิโคนตามมาตรฐานเพื่อให้มีความลื่นขณะใช้งาน

๒. ก้านฉีดยา (Plunger) ทำจาก Polypropylene (medical grade) ซึ่งไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด

๓. ลูกสูบ (Gasket)

- ทำจากสารสังเคราะห์พิเศษ Thermoplastic Elastomer (medical Grade)
- เป็น Latex Free Product (ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ) ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

๔. หัวต่อกระบอกฉีดยามีทั้ง Slip Tip (ชนิดสวม) และ Lock Tip (ชนิดเกลียวหมุน) สามารถสวมได้กระชับพอดีกับอุปกรณ์การแพทย์ชนิดอื่นที่ใช้ร่วมกัน

๕. ขนาดของกระบอกฉีดยาบรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ml.

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. กระบอกฉีดยาแต่ละชิ้นบรรจุ ในซองที่สามารถป้องกันความชื้นได้ ลักษณะเป็นซองเดี่ยวกันน้ำ สามารถรักษาสภาพปราศจากเชื้อได้ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ทำให้มีความปลอดภัยต่อการปนเปื้อนในขณะเปิดซองและบรรจุรวมในกล่อง ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต เลขที่ผลิตพร้อมวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์นั้น
๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มอก. และ ISO ที่เกี่ยวข้อง
๓. บรรจุรวมในกล่องซึ่งมีฉลากบอกรายละเอียดเป็นภาษาไทยตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
๔. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยรังสีแกมมา, EO GAS
๕. ผลิตภัณฑ์มีอายุไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจากวันผลิต
๖. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำบัญชีรายการวัสดุการแพทย์ Disposable Syringe จำนวน ๔ รายการ ซึ่งระบุราคาต่อหน่วย ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ พิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวรณิพร ประกอบทรัพย์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรรณภา อุ่นยิ่งเจริญ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนฤมล กุ้งทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ Disposable Syringe จำนวน ๔ รายการ
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายการที่ ๔. Disposable Syringe ขนาด ๒๐ ml จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง
(๑ กล่องบรรจุ ๕๐-๑๐๐ ชิ้น หรือรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ชิ้น)

คุณลักษณะเฉพาะกระบอกฉีดยา มีส่วนประกอบ ๓ ชิ้นคือ

๑. กระบอกฉีดยา (Barrel)

- ทำจาก Polypropylene (medical grade) ชนิดโปร่งใสสามารถมองเห็นระดับยาในกระบอกฉีดยา และตรวจหาสิ่งแปลกปลอมและฟองอากาศได้ง่าย
- มีขีดบอกปริมาตรชัดเจน ระบุหน่วยเป็นมิลลิลิตร
- ตัวเลขและขีดบอกปริมาตรไม่หลุดลอกและอ่านง่ายชัดเจน
- ที่ปลายกระบอกสูบลมมีขอบ ป้องกันการหลุดของก้านฉีดยา (Plunger)
- ภายในกระบอกฉีดยาพ่นด้วยซิลิโคนตามมาตรฐานเพื่อให้มีความลื่นขณะใช้งาน

๒. ก้านฉีดยา (Plunger) ทำจาก Polypropylene (medical grade) ซึ่งไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด

๓. ลูกสูบ (Gasket)

- ทำจากสารสังเคราะห์พิเศษ Thermoplastic Elastomer (medical Grade)
- เป็น Latex Free Product (ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ) ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

๔. หัวต่อกระบอกฉีดยามีทั้ง Slip Tip (ชนิดสวม) และ Lock Tip (ชนิดเกลียวหมุน) สามารถสวมได้กระชับพอดีกับอุปกรณ์การแพทย์ชนิดอื่นที่ใช้ร่วมกัน

๕. ขนาดของกระบอกฉีดยาบรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ml.

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. กระบอกฉีดยาแต่ละชิ้นบรรจุ ในซองที่สามารถป้องกันความชื้นได้ ลักษณะเป็นซองเดียวกันน้ำ สามารถรักษาสภาพปราศจากเชื้อได้ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ทำให้มีความปลอดภัยต่อการปนเปื้อนในขณะเปิดซองและบรรจุรวมในกล่อง ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต เลขที่ผลิตพร้อมวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์นั้น

๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มอก. และ ISO ที่เกี่ยวข้อง

๓. บรรจุรวมในกล่องซึ่งมีฉลากบอกรายละเอียดเป็นภาษาไทยตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

๔. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยรังสีแกมมา, EO GAS

๕. ผลิตภัณฑ์มีอายุไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจากวันผลิต

๖. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำบัญชีรายการวัสดุการแพทย์ Disposable Syringe จำนวน ๔ รายการ ซึ่งระบุราคาต่อหน่วย ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ พิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวรพีพร ประกอบทรัพย์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรรณ อุ่นยิ่งเจริญ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนฤมล กุ้งทอง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ