

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แบบไม่มีแบ่ง จำนวน ๔ รายการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ความต้องการ วัสดุการแพทย์ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แบบไม่มีแบ่ง
จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน
๑.	ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แบบไม่มีแบ่ง (เบอร์ XS)	๒,๔๐๐ กล่อง (๑๒๐,๐๐๐ คู่)
๒.	ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แบบไม่มีแบ่ง (เบอร์ S)	๒,๘๐๐ กล่อง (๑๔๐,๐๐๐ คู่)
๓.	ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แบบไม่มีแบ่ง (เบอร์ M)	๑,๔๔๐ กล่อง (๗๒,๐๐๐ คู่)
๔.	ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แบบไม่มีแบ่ง (เบอร์ L)	๑,๔๔๐ กล่อง (๗๒,๐๐๐ คู่)

๒. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยหรือรักษาในทางการแพทย์ สำหรับการจับหรือสัมผัสกับผู้ป่วยหรือ
วัสดุทางการแพทย์ที่อาจปนเปื้อน

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๓.๑ ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ ถุงมือด้านในเคลือบด้วยสารที่ช่วยให้การสวมใส่สบาย
- ๓.๒ เป็นแบบผิวเรียบ สามารถหยิบจับวัสดุหรือเครื่องมือทางการแพทย์ได้ดีไม่ลื่น ความหนาบริเวณ
ผิวเรียบและนิ้วมือ ๐.๐๗ มิลลิเมตร - ๒ มิลลิเมตร
- ๓.๓ ถุงมือสวมใส่ได้กระชับมือ สบายมือไม่บีบรัดเกินไป เนื้อยางยืดหยุ่นไปตามลักษณะมือที่ขยับ และ
สามารถสวมถุงมือลงถึงข้อมือได้พอดี
- ๓.๔ ปลายขอบถุงมือเป็นแบบม้วนขอบ
- ๓.๕ ถุงมือทุกคู่ออยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปราศจากรอยตำหนิต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน
- ๓.๖ กล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่สะอาด มิดชิด ป้องกันการปนเปื้อน
- ๓.๗ กล่องบรรจุแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์เป็นภาษาไทย ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานหรือ
ชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้าหรือชื่อผู้จำหน่าย, ประเภทของถุงมือ, ขนาดของถุงมือสามารถ
แสดงเป็นภาษาอังกฤษ,ข้อความว่า “ใช้ได้ครั้งเดียว”, จำนวนถุงมือที่บรรจุ,วิธีใช้,วัสดุที่ใช้ผลิต,รุ่น
ที่ผลิต,เดือนปีที่ผลิต และเดือนปีหมดอายุ
- ๓.๘ มีเอกสารแสดงใบรับรองการทดสอบด้านความปลอดภัย ดังนี้
 - ๓.๘.๑ ผ่านการตรวจสอบบรรจุ AQL น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒.๕
 - ๓.๘.๒ ผ่านการทดสอบทางชีวภาพ ได้แก่ การระคายเคืองต่อผิวหนังและความเป็นพิษต่อชั้น
ผิวหนังตามมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓-๑๐:๒๐๑๐ หรือ UPS ,ปริมาณโปรตีนที่สกัดได้จาก
ถุงมือยางตามมาตรฐาน ISO ๑๒๒๔๓:๒๐๐๓ หรือ FDA หรือ ASTM D๕๗๑๒-๑๐ หรือ
EN๔๕๕-๓ ปริมาณโปรตีนในถุงมือยางธรรมชาติไม่เกิน ๒๐๐ ไมโครกรัม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ คำท่มไสย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางเพชร เจริญศรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธนวดี ภูพวง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- ๓.๙ ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือ มอก. ๑๐๕๖-๒๕๔๘ หรือ ISO๑๑๑๙(๓-๑):๒๐๐๘ หรือ ASTM D๓๕๗๘ หรือดีกว่า
- ๓.๑๐ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕
- ๓.๑๑ ผู้ผลิตในประเทศ หรือผู้นำเข้าต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (แบบ บบท.๑) จากสำนักงานอาหารและยา

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติด้านเอกสารแล้วจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุอย่างน้อย ๓๐ คะแนน โดยผลการพิจารณาให้เป็นไปตามผลการตัดสินจากผู้ประเมิน (แบบประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า ๓)
- ๔.๒ อายุการใช้งานอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันส่งของ
- ๔.๓ ขนาดบรรจุกล่องละ ๕๐ คู่ (๑๐๐ ชิ้น ต่อกล่อง)
- ๔.๔ ในกรณีที่พัสดุมีความชำรุดเสียหาย เสื่อมคุณภาพ ผู้ขายต้องยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำบัญชีราคาต่อหน่วย รายการวัสดุการแพทย์ ถุงมือสำหรับการตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แบบไม่มีแป้ง จำนวน ๔ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายในแต่ละห้วข้อคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ชัดเจนว่าพัสดุที่นำมาเสนอมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่กำหนด

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ ราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ คำท่มไสย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเพชรรา เจริญศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนาวดี ภูพวง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

แบบประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่.....

กลุ่มงาน/แผนก.....โทร.....

โครงการ : ประมวลราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถู่มืออย่างสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แบบไม่มีแบ่ง จำนวน

๔ รายการ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๖๗๐๑๙๕๘๑๙๖๘)

ผู้เสนอราคา :

ลำดับ	รายการทดสอบ	ดี (๕ คะแนน)	พอใช้ (๓ คะแนน)	ควรปรับปรุง (๑ คะแนน)
๑.	ใส่ได้ง่าย,สะดวก			
๒.	ความยืดหยุ่น			
๓.	ความกระชับกับมือ			
๔.	การสวมใส่ลงถึงง่ามนิ้วมือ			
๕.	การหยิบจับเครื่องมือ			
๖.	การหยิบจับเครื่องมือขณะเปียก			
๗.	ไม่ฉีกขาดง่าย			
	รวม			

ข้อคิดเห็น.....

.....
.....

รวมคะแนนทั้งสิ้น.....คะแนน

ผลการประเมิน (ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย ๓๐ คะแนน) ผู้ประเมิน.....

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (.....)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ คำท่มไสย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเพชร เจริญศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวธนาวดี ภูพวง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ