

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแบ่ง จำนวน ๖ รายการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ความต้องการ : วัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแบ่ง จำนวน ๖ รายการ ดังนี้
- รายการที่ ๑ ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแบ่ง เบอร์ ๕.๕ จำนวน ๓๒ กล่อง
- รายการที่ ๒ ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแบ่ง เบอร์ ๖.๐ จำนวน ๓๒๐ กล่อง
- รายการที่ ๓ ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแบ่ง เบอร์ ๖.๕ จำนวน ๖๔๐ กล่อง
- รายการที่ ๔ ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแบ่ง เบอร์ ๗.๐ จำนวน ๖๔๐ กล่อง
- รายการที่ ๕ ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแบ่ง เบอร์ ๗.๕ จำนวน ๓๖๐ กล่อง
- รายการที่ ๖ ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแบ่ง เบอร์ ๘.๐ จำนวน ๓๒ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์ : ใช้สำหรับงานศัลยกรรม และหัตถการปลอดเชื้อ

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๓.๑ ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ (Natural Rubber latex)
- ๓.๒ ขนาดของถุงมือ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งาน สวมใส่ได้กระชับมือไม่บีบรัดนิ้วหัวแม่มือ มีความเป็นอิสระ (Independent Thumb) สามารถทำหัตถการได้นาน
- ๓.๓ ความยาวของถุงมือสามารถสวมลงได้ถึงง่ามนิ้วมือ และความยาวของถุงมือจากข้อมือที่ม้วนขอบถึงสุดปลายของนิ้วกลางความยาวไม่ต่ำกว่า ๒๘๐ มิลลิเมตร
- ๓.๔ เนื้อยางต้องเรียบปราศจากรอยตำหนิ อันเป็นผลเสียต่อการใช้งาน มีความยืดหยุ่นดี ไม่ลื่นขณะผูกปมใหม่
- ๓.๕ ขอบถุงมือเป็นแบบม้วนขอบ มีลักษณะเป็นรอยหยักชนิดลูกคลื่น (Interlocking) สวมใส่กระชับ ข้อมือและเสื่อกาวน้ำผ่าตัด ไม่ม้วนลงขณะผ่าตัด
- ๓.๖ ถุงมือแต่ละข้างใส่เครื่องหมาย ระบุ ขนาด และระบุว่า ข้างซ้ายเป็น L หรือ ข้างขวาเป็น R ให้เห็นชัดเจนตามมาตรฐานสากล
- ๓.๗ ถุงมือบรรจุในซอง ๒ ชั้น ซองละ ๑ คู่ แยกเป็นถุงมือข้างซ้าย และข้างขวา เพื่อสะดวกในการสวมใส่ ลักษณะนิ้วของถุงมืออยู่ในท่าเหยียดนิ้ว
- ๓.๘ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ ตามมาตรฐานทางการแพทย์ มีเครื่องหมายแสดงที่ซองว่าผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
- ๓.๙ กล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่สะอาด ห่อหุ้มมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปื้อน และป้องกันความเสียหาย ระบุชื่อการค้า หรือเครื่องหมายการค้า ขนาดของถุงมือ วัสดุที่ใช้ Lot No วันเดือนปีที่ผลิต และหมดอายุ บนกล่องและซองชัดเจน
- ๓.๑๐ ถุงมือผ่านการขึ้นทะเบียนและรับการอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพรศักดิ์ ธิธธนบุรณ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจิตติมา เอกวิโรจน์สกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวธนาวดี ภูพวง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- ๓.๑๑ มีเอกสารแสดงใบรับรองการทดสอบด้านความปลอดภัย ดังนี้
- ๓.๑๑.๑ ผ่านการตรวจสอบรูรั่ว AQL น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๖๕
- ๓.๑๑.๒ ผ่านการทดสอบทางชีวภาพ ได้แก่ การระคายเคืองต่อผิวหนังและความเป็นพิษต่อชั้นผิวหนังตามมาตรฐาน ISO๑๐๙๙๓-๑๐:๒๐๑๐ หรือ UPS,ปริมาณโปรตีนที่สกัดได้จากถุงมือยางตามมาตรฐาน ISO ๑๒๒๔๓:๒๐๐๓ หรือFDA หรือ ASTM D๕๗๑๒-๑๐ หรือ EN๔๕๕-๓ ปริมาณโปรตีนในถุงมือยางธรรมชาติไม่เกิน ๒๐๐ ไมโครกรัม
- ๓.๑๒ ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือ มอก. ๕๓๘-๒๕๔๘ หรือ ISO๑๐๒๘๒:๒๐๐๒ หรือ ASTM D๓๕๗๗ หรือดีกว่า
- ๓.๑๓ โรงงานที่ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานเรื่องระบบการจัดการคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติด้านเอกสารแล้วจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุน้อย ๘๕ คะแนน โดยผลการพิจารณาให้เป็นไปตามผลการตัดสินจากผู้ประเมิน (แบบประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า ๓)
- ๔.๒ อายุการใช้งานอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันส่งของ
- ๔.๓ ขนาดบรรจุกล่องละ ๕๐ คู่
- ๔.๔ ในกรณีที่พัสดุมีความชำรุดเสียหาย เสื่อมคุณภาพ ผู้ขายต้องยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายการพัสดุและราคาต่อหน่วย รายการวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ้าตัดชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน ๖ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหีบห่อคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ชัดเจนว่าพัสดุที่นำมาเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ พิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพรศักดิ์ ธิธธนบุรณ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจิตติมา เอกวิโรจน์สกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวธนาวดี ภูพวง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

แบบประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่

กลุ่มงาน/แผนก โทร

โครงการ : ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแบ่ง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๖๗๐๑๙๕๘๒๒๙๗)

ผู้เสนอราคา :

ยี่ห้อ รุ่น

ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง □ ในหัวข้อที่สามารถระบุความคิดเห็นของผู้ใช้ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	10 (ดีมาก)	7 (ดี)	5 (พอใช้)	3 (ปรับปรุง)
1. ตัวผลิตภัณฑ์				
1.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยรวม	☐	☐	☐	☐
1.2 ความกระชับสวมใส่สะดวกสบาย	☐	☐	☐	☐
1.3 คุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า	☐	☐	☐	☐
1.4 การปรับใช้งานและขนาดที่มีเพื่อความสะดวกในการใช้งาน	☐	☐	☐	☐
2. บรรจุภัณฑ์				
2.1 การบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์	☐	☐	☐	☐
2.2 ความชัดเจนในการระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์	☐	☐	☐	☐
2.3 ความสะดวกในการจัดเก็บ	☐	☐	☐	☐
2.4 มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์	☐	☐	☐	☐
3. ผลหลังการใช้				
3.1 ประโยชน์ และความสะดวกในการใช้งาน เมื่อเปรียบเทียบกับราคา	☐	☐	☐	☐
3.2 ผลจากการใช้งานและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นเพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ในโรงพยาบาล ขอคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	☐	☐	☐	☐

รวมคะแนนทั้งสิ้น คะแนน

ผลการประเมิน (ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย ๘๕ คะแนน) ผู้ประเมิน

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (.....)

ลงชื่อ.....
(นายพรศักดิ์ ธิธธนบุรณ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิตติมา เอกวิโรจน์สกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....
(นางสาวธนาภา ภู่วง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ