

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร จำนวน ๒ รายการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ความต้องการ รายการที่ ๑ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ - ๓.๘ ม.ม. จำนวน ๒๐ กล่อง


๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับใช้กับเครื่องมือตัดและเย็บลำไส้หรือกระเพาะอาหาร

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททานเนียม ความยาวของตัวลวดก่อนการยิงเย็บปิด ไม่น้อยกว่า ๘๐ ม.ม.
- ๓.๒ ความสูงของลวดก่อนการยิงปิดไม่น้อยกว่า ๓.๘ ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.ม. หลังการเย็บปิด
- ๓.๓ ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ ๒ แถว สลับสับหว่าง
- ๓.๔ เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- ๓.๕ ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดและเย็บลำไส้หรือกระเพาะอาหาร
- ๓.๖ การเปลี่ยนตลับบรรจุทุกครั้งจะเปลี่ยนใบมีดด้วย และมีแถบสำหรับจับตลับบรรจุเพื่อความสะดวกในการบรรจุ และมีกลไกความปลอดภัยโดยการคลุมใบมีดหลังการยิง และกลไกการป้องกันไม่ให้เครื่องมือสามารถยิงได้เมื่อใช้ตลับบรรจุที่เคยถูกยิงแล้ว, มีเทคโนโลยีเพื่อให้ผลทางคลินิกที่ดีขึ้น

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๔.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมทั้งระบุวิธีการฆ่าเชื้อและวันหมดอายุไว้ชัดเจนทั้งหีบห่อของแต่ละห่อและกล่องที่ใช้บรรจุ
- ๔.๓ มีการบรรจุหรือหีบห่ออย่างมิดชิด สามารถป้องกันอากาศหรือความชื้นได้ ถ้ามีปัญหาก่อนการใช้งาน เช่น หีบห่อชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ผู้เสนอราคาต้องยินยอมเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน ๓ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๔ หีบห่อบรรจุสามารถเปิดใช้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายและสะดวก
- ๔.๕ เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานทันที
- ๔.๖ บรรจุกล่องละ ๖ ชิ้น
- ๔.๖ ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า
- ๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด
- ๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ อย่างน้อยในระดับ “ดี” ทุกหัวข้อของการประเมิน โดยผลการประเมินให้เป็นไปตามผลการตัดสินจากผู้ประเมิน (แบบประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า ๒)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวจิตาภา รุ่งประกายพรรณ) (นางวนิดา ยิ่งปรารค์) (นางกาญจนา ตั้งโชควัฒนะ)

แบบประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่.....

กลุ่มงาน/แผนก..... โทร.....

โครงการ : ประเมินราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๑๘๖๗๓๐.....

รายการที่ ๑ : ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ - ๓.๘ มม.....

ผู้เสนอราคา :

ลำดับ	หัวข้อ	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุง
๑.	ประสิทธิภาพในการเย็บปิดเนื้อเยื่อ				
๒.	ประสิทธิภาพในการตัดเนื้อเยื่อ (New knife blade)				
๓.	ความหลากหลายของขนาดลวดเย็บต่อการเลือกใช้งาน				
๔.	ความสะดวกในการใช้งาน User-friendly				
๕.	ความสะดวกในการเปิดอุปกรณ์หลังใช้งาน				
	รวม				

ข้อคิดเห็น.....

.....
.....
.....

ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ อย่างน้อยในระดับ “ดี” ทุกหัวข้อของการประเมิน

ผลการประเมิน

ผู้ประเมิน.....

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

(.....)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจิตาภา รุ่งประกายพรรณ) (นางวนิดา ยังปรารักษ์) (นางกาญจนา ตั้งโชควัฒนะ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร จำนวน ๒ รายการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ความต้องการ รายการที่ ๒ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ - ๔.๘ มม. จำนวน ๑๐ กล่อง


๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับใช้กับเครื่องมือตัดและเย็บลำไส้หรือกระเพาะอาหาร

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม ความยาวของตัวลวดก่อนการยิงเย็บปิด ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม.
- ๓.๒ ความสูงของลวดก่อนการยิงปิดไม่น้อยกว่า ๔.๘ มม. และสูงไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. หลังการเย็บปิด
- ๓.๓ ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ ๒ แถว สลับสับหว่าง
- ๓.๔ เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- ๓.๕ ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดและเย็บลำไส้หรือกระเพาะอาหาร
- ๓.๖ การเปลี่ยนตลับบรรจุทุกครั้งจะเปลี่ยนใบมีดด้วย และมีแถบสำหรับจับตลับบรรจุเพื่อความสะดวกในการบรรจุ และมีกลไกความปลอดภัยโดยการคลุมใบมีดหลังการยิง และกลไกการป้องกันไม่ให้เครื่องมือสามารถยิงได้เมื่อใช้ตลับบรรจุที่เคยถูกยิงแล้ว, มีเทคโนโลยีเพื่อให้ผลทางคลินิกที่ดีขึ้น

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๔.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมทั้งระบุวิธีการฆ่าเชื้อและวันหมดอายุไว้ชัดเจนทั้งหีบห่อของแต่ละห่อและกล่องที่ใช้บรรจุ
- ๔.๓ มีการบรรจุหรือหีบห่ออย่างมิดชิด สามารถป้องกันอากาศหรือความชื้นได้ ถ้ามีปัญหาก่อนการใช้งาน เช่น หีบห่อชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารใช้งานได้ ผู้เสนอราคาต้องยินยอมเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน ๓ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๔ หีบห่อบรรจุสามารถเปิดใช้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายและสะดวก
- ๔.๕ เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานทันที
- ๔.๖ บรรจุกล่องละ ๖ ชิ้น
- ๔.๖ ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า
- ๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด
- ๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ อย่างน้อยในระดับ “ดี” ทุกหัวข้อของการประเมิน โดยผลการประเมินให้เป็นไปตามผลการตัดสินจากผู้ประเมิน (แบบประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า ๒)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวจิตาภา รุ่งประกายพรรณ) (นางวนิดา ยิ่งปรารค์) (นางกาญจนา ตั้งโชควัฒนะ)

แบบประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่.....

กลุ่มงาน/แผนก..... โทร.....

โครงการ : ประเมินราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๑๘๖๗๓๐

รายการที่ ๒ : ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ - ๔.๘ มม.

ผู้เสนอราคา :

ลำดับ	หัวข้อ	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุง
๑.	ประสิทธิภาพในการเย็บปิดเนื้อเยื่อ				
๒.	ประสิทธิภาพในการตัดเนื้อเยื่อ (New knife blade)				
๓.	ความหลากหลายของขนาดลวดเย็บต่อการเลือกใช้งาน				
๔.	ความสะดวกในการใช้งาน User-friendly				
๕.	ความสะดวกในการเปิดอุปกรณ์หลังใช้งาน				
	รวม				

ข้อคิดเห็น.....

.....
.....
.....

ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ อย่างน้อยในระดับ “ดี” ทุกหัวข้อของการประเมิน

ผลการประเมิน

ผู้ประเมิน.....

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

(.....)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจิตาภา รุ่งประกายพรรณ) (นางวนิดา ยิ่งปรางค์) (นางกาญจนา ตั้งโชควัฒน์)