

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
วัสดุการแพทย์ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร จำนวน ๒ รายการ  
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ความต้องการ รายการที่ ๑ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ - ๓.๘ ม.ม.  
จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

รายการที่ ๒ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ - ๔.๘ ม.ม.  
จำนวน ๕๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับใช้กับเครื่องมือตัดและเย็บลำไส้หรือกระเพาะอาหาร

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ รายการที่ ๑ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ - ๓.๘ ม.ม. จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

๓.๑.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม ความยาวของตัวลวดก่อนการยิงเย็บปิด ไม่น้อยกว่า ๘๐ ม.ม.

๓.๑.๒ ความสูงของลวดก่อนการยิงปิดไม่น้อยกว่า ๓.๘ ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.ม. หลังการเย็บปิด

๓.๑.๓ ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ ๒ แถว สลับสับหว่าง

๓.๑.๔ เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก

๓.๑.๕ ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดและเย็บลำไส้หรือกระเพาะอาหาร

๓.๑.๖ การเปลี่ยนดัดบรรจุทุกครั้งจะเปลี่ยนใบมีดด้วย และมีแถบสำหรับจับดัดบรรจุเพื่อความสะดวกในการบรรจุ และมีกลไกความปลอดภัยโดยการคลุมใบมีดหลังการยิง และกลไกการป้องกันไม่ให้เครื่องมือสามารถยิงได้เมื่อใช้ดัดบรรจุที่เคยถูกยิงแล้ว, มีเทคโนโลยีเพื่อให้ผลทางคลินิกที่ดีขึ้น

๓.๒ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ - ๔.๘ ม.ม. จำนวน ๕๐ ชิ้น

๓.๒.๑ ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม ความยาวของตัวลวดก่อนการยิงเย็บปิด ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.ม.

๓.๒.๒ ความสูงของลวดก่อนการยิงปิดไม่น้อยกว่า ๔.๘ ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.ม. หลังการเย็บปิด

๓.๒.๓ ตัวลวดเรียงตัวในลักษณะ ๒ แถว สลับสับหว่าง

๓.๒.๔ เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก

๓.๒.๕ ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดและเย็บลำไส้หรือกระเพาะอาหาร

๓.๒.๖ การเปลี่ยนดัดบรรจุทุกครั้งจะเปลี่ยนใบมีดด้วย และมีแถบสำหรับจับดัดบรรจุเพื่อความสะดวกในการบรรจุ และมีกลไกความปลอดภัยโดยการคลุมใบมีดหลังการยิง และกลไกการป้องกันไม่ให้เครื่องมือสามารถยิงได้เมื่อใช้ดัดบรรจุที่เคยถูกยิงแล้ว, มีเทคโนโลยีเพื่อให้ผลทางคลินิกที่ดีขึ้น

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมทั้งระบุวิธีการฆ่าเชื้อและวันหมดอายุไว้ชัดเจนทั้งหีบห่อของแต่ละห่อและกล่องที่ใช้บรรจุ

๔.๓ มีการบรรจุหรือหีบห่ออย่างมิดชิด สามารถป้องกันอากาศหรือความชื้นได้ ถ้ามีปัญหาก่อนการใช้งาน เช่น หีบห่อชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ผู้เสนอราคาต้องยินยอมเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน ๓ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๔ หีบห่อบรรจุสามารถเปิดใช้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายและสะดวก

๔.๕ เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานทันที

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวจารุพร บุตรแสงดี) (นางวนิดา ยังปรางค์) (นางกาญจนา ตั้งโชควัฒนะ)

๔.๖ บรรจุกล่องละ ๖ ชิ้น

๔.๖ ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า

๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ อย่างน้อยในระดับ “ดี” ทุกหัวข้อของการประเมิน โดยผลการประเมินให้เป็นไปตามผลการตัดสินจากผู้ประเมิน (แบบประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า ๓)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวจารุพร บุตรแสงดี) (นางวนิดา ยิ่งปรารค์) (นางกาญจนา ตั้งโชควัฒนะ)

แบบประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ  
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ .....

กลุ่มงาน/แผนก ..... โทร .....

โครงการ : ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวด  
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายการที่ ๑ : ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ - ๓.๘ มม.

รายการที่ ๒ : ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ - ๔.๘ มม.

ผู้เสนอราคา : .....

| ลำดับ | หัวข้อ                                          | ดีมาก | ดี | พอใช้ | ควรปรับปรุง |
|-------|-------------------------------------------------|-------|----|-------|-------------|
| ๑.    | ประสิทธิภาพในการเย็บปิดเนื้อเยื่อ               |       |    |       |             |
| ๒.    | ประสิทธิภาพในการตัดเนื้อเยื่อ (New knife blade) |       |    |       |             |
| ๓.    | ความหลากหลายของขนาดลวดเย็บต่อการเลือกใช้งาน     |       |    |       |             |
| ๔.    | ความสะดวกในการใช้งาน User-friendly              |       |    |       |             |
| ๕.    | ความสะดวกในการเปิดอุปกรณ์หลังใช้งาน             |       |    |       |             |
|       | รวม                                             |       |    |       |             |

ข้อคิดเห็น .....

ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบตัวอย่างพัสดุ อย่างน้อยในระดับ “ดี” ทุกหัวข้อของการ  
ประเมิน

ผลการประเมิน

ผู้ประเมิน .....

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

(.....)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวจรรพพร บุตรแสงดี) (นางวนิดา ยิ่งปรารค์) (นางกาญจนา ตั้งโชควัฒนะ)