

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดด้ามสลายต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ ด้ามสลายต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Ultrasound Handpiece

๑.๑.๑ ตัวด้ามสลายต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ใช้ความถี่ไม่น้อยกว่า ๒๘.๕ KHz

๑.๑.๒ ตัวด้ามมีท่อส่งน้ำเกลือ (Irrigation port) ที่มีข้อต่อแบบล็อกแน่น เพื่อป้องกัน สายน้ำหลุด (Surelock) และมีหัวสำหรับต่อเข็มดูด (Aspiration Port) และ สายไฟ (Power cord) ที่ตัวด้าม

๑.๑.๓ ตัวด้ามสามารถนำไปทำการฆ่าเชื้อตามวิธีมาตรฐานทางการแพทย์และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

๑.๒ ด้ามสำหรับล้างและดูดเศษเลนส์ (Irrigation/Aspiration Handpiece)

๑.๒.๑ ตัวด้ามมีความสามารถและคุณสมบัติสำหรับล้างและดูดเศษเลนส์

๑.๒.๒ ตัวด้ามมีท่อส่งน้ำเกลือ (Irrigation port) ที่มีข้อต่อแบบล็อกแน่น เพื่อป้องกัน สายน้ำหลุด (Surelock) และมีหัวสำหรับต่อเข็มดูด (Aspiration Port)

๑.๒.๓ ตัวด้ามสามารถนำไปทำการฆ่าเชื้อตามวิธีมาตรฐานทางการแพทย์และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

๑.๓ หัวดูดเศษเลนส์ ชนิดตรง

๑.๓.๑ เป็นหัวดูดเศษเลนส์ (TIP) โดยใช้ร่วมกับด้ามสำหรับล้างและดูดเศษเลนส์ (TIP) (Irrigation/Aspiration Handpiece)

๑.๓.๒ เป็นหัวดูดเศษเลนส์ (TIP) ขนาด ๒๐ Gauge หรือ ๒๑ Gauge หรือ ๒๒ Gauge

๑.๓.๓ หัวดูดสามารถนำไปทำการฆ่าเชื้อตามวิธีมาตรฐานทางการแพทย์และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

๑.๔ ภาตใส่ชุดเครื่องมือสลายต่อกระจกคลื่นเสียงความถี่สูง

๑.๔.๑ เป็นภาตสำหรับบรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑.๔.๒ วัสดุของภาตสามารถนำไปทำการฆ่าเชื้อตามวิธีมาตรฐานทางการแพทย์และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

๒. เงื่อนไขเฉพาะ

๒.๑ เมื่อมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากพบมีการชำรุดเสียหายจากการผลิตหรือการขนส่งทางบริษัทต้องยอมให้มีการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้

๒.๒ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗

๒.๓ ผู้ขายมีการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา ๑ ปี

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ		
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ
นางสาวธนาวดี ภูพวง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
นางสาวเสาวลักษณ์ แสงสว่าง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นางสาววรรณภา คชเดช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	